

(有)サカイフーズ 御中

2012年8月22日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 原料卵(内容のみ)
受付番号: C816001～C816004
受付日: 2012年8月6日
測定日: 2012年8月22日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
浅川農場 2	検出せず ($<6.17\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.4\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.69\text{Bq/kg}$)	^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 100Bq/kg 以下
浅川農場 3	検出せず ($<5.77\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.1\text{Bq/kg}$)	検出せず (9.41Bq/kg)	
浅川農場 4	検出せず ($<5.96\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.4\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.40\text{Bq/kg}$)	
浅川農場 5	検出せず ($<5.87\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<5.85\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.35\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場 W2号舎
 検体番号 : C816001
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.14 kg
 測定試料重量 : 1.14 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120822104503
 測定日時 : 2012/08/22 (水) 10:45:03
 測定時間 : 20 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/08/22 (水) 10:21:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	6.17E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.69E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	1.04E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(2.01E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵__酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場 W3号舎
 検体番号 : C816002
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.213 kg
 測定試料重量 : 1.213 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120822111115
 測定日時 : 2012/08/22 (水) 11:11:15
 測定時間 : 20 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/08/22 (水) 10:21:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	5.77E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	9.41E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	1.01E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(1.95E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵 酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場 W4号舎
 検体番号 : C816003
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.045 kg
 測定試料重量 : 1.045 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120822113327
 測定日時 : 2012/08/22 (水) 11:33:27
 測定時間 : 25 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/08/22 (水) 10:21:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.96E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N.D.	N.D.	9.40E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N.D.	N.D.	1.04E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(1.98E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場 W5号舎
 検体番号 : C816004
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.11 kg
 測定試料重量 : 1.11 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120120822120833
 測定日時 : 2012/08/22 (水) 12:08:33
 測定時間 : 25 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/08/22 (水) 10:21:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	5.87E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	9.35E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	5.85E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(1.52E+01) (誤差は3σ)

