



(有)サカイフーズ 御中

2012年9月26日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 堆肥  
受付番号: C91A007  
受付日: 2012年9月24日  
測定日: 2012年9月26日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

| 農場名        | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)                    | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)     | $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)     | 暫定規制値 <sup>2</sup>   |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 堆肥<br>浅川農場 | 検出せず<br>( $<25.3\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 36.7<br>( $<20.4\text{Bq/kg}$ ) | 28.7<br>( $<20.9\text{Bq/kg}$ ) | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と<br>$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の<br>合計が $400\text{Bq/kg}$ 以下 |

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記のものを記載: 肥料

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 堆肥\_酒井養鶏場  
 産地 : 浅川農場  
 検体番号 : C91A007  
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏)  
 分類 : 堆肥  
 コメント :  
 供試量 : 0.539 kg  
 測定試料重量 : 0.539 kg  
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

## 【 測定情報 】

データID : S0120120926144804  
 測定日時 : 2012/09/26 (水) 14:48:04  
 測定時間 : 15 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/09/26 (水) 09:37:00)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                     | 判定  | 核種名    | エネルギー<br>(keV) | ネット面積±誤差<br>(Counts) | 放射能濃度±誤差<br>(Bq/kg) | 検出限界<br>(Bq/kg)       |
|------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                      | 不検出 | I-131  | 364.48         | N. D.                | N. D.               | 2.53E+01              |
| 2                      | 検出  | Cs-137 | 661.65         | 1.13E+02 ± 5.81E+01  | 2.87E+01 ± 1.54E+01 | 2.09E+01              |
| 3                      | 検出  | Cs-134 | 795.85         | 1.22E+02 ± 7.09E+01  | 3.67E+01 ± 2.22E+01 | 2.04E+01              |
| Cs合計 (Cs-134 + Cs-137) |     |        |                |                      | 6.53E+01 ± 2.70E+01 | (4.14E+01)<br>(誤差は3σ) |

